

FICHE DE CONTROLE DU MDS
MDS CONTROL FORM



Client/ Customer :ENVEA SPA

N°d'Affaire/ Order n° : ESPO/19-MAN0603

REFERENCE / Reference :MDS-P1

N°SERIE / Serial Number :1665

CIRCUIT AIR COMPRI ME / AIR SEC MDS / Compressed air / Dry air circuit

Alimenter en air comprimé 4<P<10 bars <i>Supplied with compressed air 4<P<10 bars</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Réglage premier étage <i>regulation first stage</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	(6b)
Etanchéité du sécheur/ <i>Dryer airtightness :</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Réglage second étage <i>regulation second stage</i>	<input type="checkbox"/>	(4b)
Efficacité du sécheur/ <i>Functionning :</i>	<input checked="" type="checkbox"/>			

FINITIONS

Fixation de tous les éléments <i>Parts fixation</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Blocage des détendeurs <i>Pressure regulators blocking</i>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tampons : <i>Stamps</i>	<input checked="" type="checkbox"/>

Remarques :

Contrôlé par : <i>Controlled by :A.RACHIDI</i>	Signature :ARA	 Date :9/03/2020 09/03/2020
Vérifié par : <i>Verified by : AA</i>		