



Certificato di calibrazione

Calibration Certificate

Data:	30/09/2022	Cliente:	INFN Laboratori Nazionali del Gran Sasso				Indirizzo:	Assergi – L'Aquila		
		Customer:					Address:			
Analizzatore tipo:								Certificato N.		AB2004
Type of instrument:								Certificate N.		
Sensore		Calibrazione Zero		Calibrazione Span		Allarme 1 1th alarm	Allarme 2 2nd alarm	Gas di calibrazione		Note
Sensor		Zero calibration		Span Calibration				Calibration Gas		
Identificazione	Gas	Pre-calibr.	Post-calibr.	Pre-calibr.	Post-calibr.			Concentrazione	Certif. N.	
Identification	Gas	Pre-cal value	Post-cal value	Pre-cal value	Post-cal value			Concentration	N. of certif.	
S060803	O2	0,2 vol%	0,0 vol%	17,9 vol%	18,0 vol%	PLC	PLC	N2 99,9 vol% O2 18,0 vol%	WO282699 WO282366	SALA B LUNA MV
S060806	O2	0,0 vol%	0,0 vol%	18,0 vol%	18,0 vol%	PLC	PLC	N2 99,9 vol% O2 18,0 vol%	WO282699 WO282366	SALA B LUNA MV
S060809	O2	0,3 vol%	0,0 vol%	17,7 vol%	18,0 vol%	PLC	PLC	N2 99,9 vol% O2 18,0 vol%	WO282699 WO282366	SALA B LUNA MV
S060821	O2	0,1 vol%	0,0 vol%	17,8 vol%	18,0 vol%	PLC	PLC	N2 99,9 vol% O2 18,0 vol%	WO282699 WO282366	SALA B LUNA MV
S060818	O2	0,3 vol%	0,0 vol%	18,0 vol%	18,0 vol%	PLC	PLC	N2 99,9 vol% O2 18,0 vol%	WO282699 WO282366	SALA B LUNA MV
S060815	O2	0,1 vol%	0,0 vol%	18,2 vol%	18,0 vol%	PLC	PLC	N2 99,9 vol% O2 18,0 vol%	WO282699 WO282366	SALA B LUNA MV
S060827	SF6	0 ppm	0 ppm	1500 ppm	1500 ppm	PLC	PLC	SF6 1500 ppm		SALA B LUNA MV
S060830	SF6	0 ppm	0 ppm	1500 ppm	1500 ppm	PLC	PLC	SF6 1500 ppm		SALA B LUNA MV
Prossimo intervento:				Note:						
Next control:				Note: LUNA MV						

Firma e timbro
Sign and stamp