

 <u>Stabilimento di Sulmona</u>	<b>VERIFICA MICROBIOLOGICA VESTIARIO E MANI OPERATORI</b>	IO/AQ Rev.06 del 10/01/17 Pagina 1 di 2
---	---	---

## **1. SCOPO**

Valutare le condizioni igieniche delle mani e dei capi di vestiario indossati da operatori e dipendenti, con particolare attenzione al personale impiegato nei reparti di preparazione ( sala sciroppi e sala infusione) e nelle attività di riempimento (riempitori di linea).

## **2. RESPONSABILITA'**

- Addetti Controllo Qualità di Stabilimento

---

### **Campionamento/Analisi microbiologica su divisa e mani**

L'indagine deve essere effettuata dal laboratorio controllo qualità una volta ogni 2 mesi sul personale impiegato nei reparti di preparazione ( sala sciroppi e sala infusione) e nelle attività di riempimento (riempitori di linea) e su un campione di dipendenti a rotazione relativi ad altri reparti/mansioni.

E' necessario preparare piastre Petri completamente colme di terreno colturale del tipo PCA (Plate Count Agar per la determinazione della carica microbica totale ) e TA ( Tergitol Agar per la ricerca di coliformi) in condizioni di sterilità , sotto cappa a flusso laminare.

Per quanto inerente la mano la zona interessata dal campionamento/analisi è il palmo.

L'analisi viene eseguita ponendo a contatto con la superficie da analizzare la superficie del terreno colturale presente in una piastra Petri da 90ml.

Le piastre vengono quindi incubate a  $35^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  per 48h.

I risultati vengono registrati sulla *SR- igiene del personale-*.

 Stabilimento di <u>Sulmona</u>	<b>VERIFICA MICROBIOLOGICA VESTIARIO E MANI OPERATORI</b>	IO/AQ Rev.06 del 10/01/17 Pagina 2 di 2
---	---	---

PUNTO DI PRELIEVO	PARAMETRO DA CONTROLLARE	UNITÀ DI MISURA	LIMITI	FREQUENZA CONTROLLO	REGISTRAZIONE
Divisa	CBT	u.f.c./piastra da 90ml	<200	Ogni 2 mesi	sr- igiene del personale-
	Coliformi	u.f.c./piastra da 90ml	<5	Ogni 2 mesi	sr- igiene del personale-
Mani	CBT	u.f.c./piastra da 92ml	<100	Ogni 2 mesi	sr- igiene del personale-
	Coliformi	u.f.c./piastra da 90ml	<1	Ogni 2 mesi	sr- igiene del personale-

### **In caso di superamento dei limiti**

Ripetere formazione igienico-sanitaria relativa all'importanza del lavaggio delle mani e alla necessità della pulizia degli indumenti indossati sul luogo di lavoro.