



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 6/DPF020 del 18.02.2022

DIPARTIMENTO SANITA'

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA

UFFICIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) ALLA SOCIETA' ECHOES S.R.L. DI FORNITURE E SERVIZI MANUTENTIVI PER LA RETE DI DEFIBRILLAZIONE AD ACCESSO PUBBLICO (PAD) DELLA REGIONE ABRUZZO, CUP: C98I22000070002 - CIG: ZA3352F834

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la legge 3 aprile 2001, n. 120, ad oggetto "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero";

VISTA la legge 116 del 2 agosto 2021 ad oggetto "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici";

VISTO il Decreto interministeriale del 18 marzo 2011 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all'art. 2 co. 46 della legge n. 191/2009", finalizzato alla diffusione dei Defibrillatori automatici esterni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 293 del 21 aprile 2015 con cui si approvava l'implementazione del Programma Regionale per la diffusione della Defibrillazione Precoce nei Comuni della Regione Abruzzo, il conseguente acquisto di n. 170 defibrillatori semiautomatici e la relativa formazione degli Esecutori BLS, fatta salva la possibilità di eventuali ulteriori necessità rappresentate dai Comuni, al fine di raggiungere una maggiore capillarità della diffusione dei DAE sul territorio regionale e di integrarli con il sistema dell'emergenza urgenza territoriale 118;

VISTA la Determinazione DPC018/133 del 25.07.2017 con cui è stata approvata la proposta di aggiudicazione e, per l'effetto, aggiudicata a Stryker S.r.l. C.F. 12572900152, la fornitura di n. 170 defibrillatori semiautomatici esterni da installare nei Comuni abruzzesi;

VISTA la Determinazione n. 45/DPF017 del 28.11.2017 ad oggetto "Progetto di diffusione di defibrillatori automatici esterni (DAE) ad accesso pubblico (PAD) in n. 170 Comuni abruzzesi – Concessione ai comuni in comodato d'uso a titolo gratuito – nomina RUP dell'esecuzione del contratto e DEC (Direttori esecuzione contratto) – CIG 697717314E", con cui sono stati definiti gli obblighi dei Comuni circa la manutenzione delle apparecchiature;

ATTESO che con la citata Determinazione DPF017/45 del 28.11.2017 è stabilito che la Regione si fa carico degli eventuali oneri manutentivi, sia ordinari che straordinari, nonché di quelli derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, compresi i necessari materiali di consumo, solo entro l'orizzonte temporale della fornitura full-risk da parte del fornitore

(5 anni, dei quali i primi 24 mesi compresi nell'offerta di gara e i successivi 36 non compresi nell'offerta di gara), oltre il quale gli stessi spetteranno ai Comuni di destinazione dell'apparecchiatura, al netto delle sostituzioni e dei ricambi derivanti da utilizzo dei DAE, a carico del fornitore;

RITENUTO necessario, prima di procedere a diagnostica manutentiva per un altro lotto di n. 136 DAE che il sistema Lifelink© contrassegna come "obsoleto" e ferme restando le responsabilità dei Comuni nella conservazione, sorveglianza e collegamento remoto dei DAE, verificarne lo stato di effettiva funzionalità;

CONSIDERATO che la scadenza garantita delle batterie dei defibrillatori Lifepack© CR2 è, da manuale d'uso, di 4 anni a far data dall'installazione, quindi ricadente oltre l'orizzonte dei 24 mesi di garanzia ricambi (al netto di quelli derivanti da utilizzo dei DAE, a carico del fornitore) coperti dalla gara di acquisto;

PRESO ATTO della cessione (a decorrere dal giugno 2019, assentita dalla Regione) delle attività di manutenzione, assistenza e gestione remota dei dispositivi, nonché di tutte le future necessità di acquisto e/o sostituzione in essere con la Regione Abruzzo da Stryker S.r.l. a Echoes S.r.l. con sede in Via Savoia 78 00198 ROMA – P.I. e C.F. 05432960481;

CONSIDERATO che, dall'accesso regionale al sistema informativo Lifelink©, sono 86 i DAE aventi status di "non pronto" per effetto di batteria scaduta nei mesi di gennaio-febbraio 2022 o in scadenza nel corso del 2022, dei quali n. 41 dotati di collegamento Wi-Fi e n. 45 non dotati di collegamento Wi-Fi (Allegato 1);

RITENUTO improcrastinabile procedere: 1) alla sostituzione delle batterie per i DAE in elenco (Allegato 1), 2) alle dotazioni di elettrodi di ricambio; 3) alla sostituzione *in situ* di batterie ed elettrodi con eventuale riconfigurazione; 4) alla verifica di funzionalità e connessione Wi-Fi; 5) verifica di difetti costruttivi segnalati per singolo lotto dalla casa madre ed eventuale sostituzione; 6) recall telefonico dei Comuni proprietari dei siti di installazione di altri n.136 DAE contrassegnati con status di "obsoleto" e verbalizzazione degli esiti ai fini di successive determinazioni regionali in merito a possibile diversa destinazione presso i Comuni (es. scuole o farmacie) di apparecchi non utilizzati o sottoutilizzati, in modo da ottimizzare la funzionalità del progetto regionale PAD Abruzzo – Public Access Defibrillation – nei comuni della regione;

CONSIDERATO che non è stato possibile reperire sul MEPA un'offerta integrata comprendente i servizi e le forniture richieste;

CONSIDERATO che non sono rilevabili rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione del servizio per i quali sia necessario elaborare il DUVRI di cui all'art. 26 comma 4 del citato D. lgs. n. 81 del 9.4.2008 e che i relativi costi della sicurezza sono pari a zero, in quanto trattasi di forniture che non comportano rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del medesimo decreto;

ACQUISITA da Echoes S.r.l. – Divisione Medica EMD112, a seguito di richiesta diretta del Servizio Programmazione di cui al prot RA/53695 dell'11/02/2022, l'offerta n. 202/22 – acquisita al protocollo regionale RA/58563 del 15.02.22 -, pari ad € 39.910 IVA esclusa (Allegato 2), relativa alla seguente fornitura integrata con relativi servizi: fornitura di n. 86 batterie per DAE Lifepak CR2 ©, fornitura n. 86 vassoi con elettrodi di ricambio per Lifepak CR2 ©, sostituzione *in situ* di batterie ed elettrodi con eventuale riconfigurazione; 4) verifica funzionalità e connessione Wi-Fi; 5) interventi di azione correttiva da svolgere su lotti difettati segnalati dal produttore; 6) recall telefonico dei Comuni proprietari dei siti di installazione di altri n.136 DAE contrassegnati con status di "obsoleto";

ACCERTATA tramite comparazione dei prezzi di mercato l'economicità dell'offerta e la sua congruità rispetto al servizio fornito;

RITENUTO di poter procedere ad affidamento diretto sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura con servizi integrati in oggetto alla società Echoes S.r.l. con sede in Via Savoia 78 00198 ROMA – P.I. e C.F. 05432960481, attuale concessionaria della gestione remota tramite sistema Lifelink© del sistema PAD regionale;

DATO ATTO che si procederà alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio a mezzo PEC ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni e che la durata dello stesso può essere definita in un triennio a far data dallo scambio di corrispondenza;

CONSIDERATO che l'approvvigionamento di cui al presente ordinativo – oltre IVA al 22% pari ad € 8.780,20, per un totale di € 48.690,20 - è finanziato con le risorse in conto residui reperibili sull'impegno n. 3101/2015 del Capitolo 81501.2 dell'esercizio finanziario 2015 "Fornitura Defibrillatori automatici";

DATO ATTO che, ai sensi della Delibera ANAC 1121 del 29 dicembre 2020 non si dà luogo a contributo ANAC per gli affidamenti inferiori ai 40 mila euro;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012;

VISTA la legge regionale n. 77 del 14 settembre 1999 e successive integrazioni e modifiche;

TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

- per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa che si richiamano in toto -

- Giunta Regionale d'Abruzzo
- di affidare tramite procedura di affidamento diretto dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni alla società ECHOES S.r.l. con sede in Via Savoia 78 00198 ROMA – P.I. e C.F. 05432960481 la seguente fornitura integrata, con relativi servizi, per un importo sotto soglia di € 39.910 IVA esclusa: 1) fornitura di n. 86 batterie per DAE Lifepak CR2 ©; 2) fornitura n. 86 vassoi con elettrodi di ricambio per Lifepak CR2 ©; 3) sostituzione *in situ* di batterie ed elettrodi con eventuale riconfigurazione; 4) verifica funzionalità e connessione Wi-Fi; 5) interventi di azione correttiva da svolgere su lotti difettati segnalati dal produttore; 6) recall telefonico dei Comuni proprietari dei siti di installazione di altri n.136 DAE contrassegnati con status di "obsoleto" ;
 - di dare atto che si procederà alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio a mezzo PEC ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
 - di attestare che l'importo complessivo di € 48.690,20 compresa IVA trova integrale copertura sull'impegno n. 3101/2015 del Capitolo 81501.2 dell'esercizio finanziario 2015 "Fornitura Defibrillatori automatici", che presenta adeguata disponibilità;
 - che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012;
 - di disporre il pagamento dietro trasmissione di idonea fatturazione da emettere per stati di avanzamento del servizio come dettagliato nella nota di ordine che sarà trasmessa a mezzo PEC;
 - di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;
 - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web della Regione Abruzzo nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Per il Dirigente del Servizio

vacante

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Claudio D'Amario

L'Estensore

Dott. Lorenzo Pingiotti

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Lorenzo Pingiotti